



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.:	_____
Rubrica:	_____
Matricula:	_____

TERMO DE REFERÊNCIA

I-OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e das Unidades Básicas de Saúde do Município de Grossos/RN, visando garantir o abastecimento regular de insumos necessários à realização de procedimentos odontológicos, ações preventivas e demais atendimentos de saúde bucal oferecidos à população

II- JUSTIFICATIVA: A aquisição de materiais odontológicos justifica-se pela necessidade de garantir a continuidade e a adequada prestação dos serviços de saúde bucal oferecidos pela Prefeitura Municipal de Grossos/RN, por meio das Unidades Básicas de Saúde e demais serviços municipais de saúde.

Os materiais odontológicos são indispensáveis para a realização dos atendimentos clínicos, procedimentos preventivos, restauradores, cirúrgicos e demais ações de saúde bucal desenvolvidas pelos profissionais da rede municipal. A disponibilidade regular desses insumos é fundamental para evitar a interrupção dos atendimentos e assegurar condições adequadas para a execução dos procedimentos.

A contratação também se faz necessária em razão do consumo contínuo dos materiais durante os atendimentos e da necessidade de reposição dos estoques das unidades de saúde, garantindo o funcionamento regular dos serviços e o atendimento da demanda da população.

Dessa forma, a aquisição pretendida visa assegurar o abastecimento das unidades municipais de saúde, proporcionando aos profissionais os materiais necessários para a realização dos procedimentos odontológicos com segurança, qualidade e eficiência, contribuindo para a manutenção e ampliação da assistência à saúde bucal da população de Grossos/RN

III- PRODUTO(S) E ESPECIFICAÇÃO(ÕES) TÉCNICA(S):

A aquisição e/ou serviços a serem oferecidos encontram-se discriminados e devidamente especificados a seguir:

Item - Código - Descrição	Unidade	Quantidade
1 - 0046364 - ABRIDOR DE BOCA INFANTIL Afastador odontológico, material: silicone, tipo: abridor de boca, esterilidade: autoclavável, formato: bloco, tamanho: adulto e infantil, apresentação: conjunto. Descrição complementar: autoclavável.	UND	50
2 - 0046365 - ÁCIDO FOSFÓRICO Condicionador dental, tipo: ácido fosfórico; concentração: 37%; aspecto físico: gel; Unidade: Seringa 2,50 ML; Apresentação: pacote com 3 seringas com 2,5ml cada e 3 ponteiros para aplicação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	Pacotes	500
3 - 0046366 - ADESIVO DENTINARIO Primer e adesivo num só frasco; solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona; alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas= 280 restaurações; menor espessura de película, em torno de 7µm, resulta numa melhor adaptação de restaurações indiretas. Sistema adesivo com nanotecnologia contém cargas que proporcionam uma excelente	UND	300



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.: _____
Rubrica: _____
Matricula: _____

adesão à dentina a dentina e ao esmalte; Adesivo com 10% em peso de carga, não é necessário agitar o frasco antes do uso; menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós operatória; Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos. Frasco com 6g.		
4 - 0046367 - AGULHA ODONTOLÓGICA - Material: Aço Inoxidável Siliconizado Aplicação: Gengival / Anestesia; Dimensão: 30 G Longa; Tipo Ponta: Com BiselTrifacetado; Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule; Tipo Uso: Estéril, Descartável; Apresentação: C/ com Protetor Plástico e Lacre.	Caixas	200
5 - 0046368 - AGULHA ODONTOLÓGICA Material: Aço Inoxidável Siliconizado; Aplicação: Gengival/ Anestesia; Dimensão: 30 G Curta;Tipo Ponta: Com BiselTrifacetado; Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule; Tipo Uso: Estéril, Descartável; Apresentação: com Protetor Plástico. C/100	Caixas	200
6 - 0046369 - Alavanca Odontológica - Alavanca Odontológica, Material: Aço Inoxidável, Tipo: Seldin, Características Adicionais: Reta,Referência: N° 2, Esterilidade: Autoclavável.	UND	50
7 - 0046370 - ALGINATO para moldagens dentárias, indicado para confecção de modelos de estudo, próteses removíveis e outros procedimentos odontológicos. Material elastomérico à base de alginato de sódio, com boa elasticidade, resistência ao rasgamento e reprodução fiel de detalhes.Deve apresentar presa rápida ou normal, fácil manipulação, boa estabilidade dimensional e consistência homogênea após mistura com água. Fornecido em embalagem original do fabricante, com peso aproximado de 410 g a 500 g, contendo identificação do produto, lote, data de fabricação e validade. O produto deve possuir registro ou notificação na ANVISA e validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Unidade de fornecimento: pacote.	Pacotes	300
8 - 0046371 - ALGODÃO Tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete com 100 unidades cada, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril.	UND	500
9 - 0046372 - Algodão -Tipo: Rolete, Materia- Prima: 100% Algodão, Aplicação: Afastamento De Bochechas durante Tratamento Odontológico , Tamanho: N°2, Apresentação: Pacote Com 100 Unidades.	Pacotes	500
10 - 0046373 - ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A base de Cloridrato De Articaina 4% + Epinefrina 1:100.000. Tubete De Vidro. Embalagem Contendo 50 Unidades De 1,8 MI Cada.	Caixas	200
11 - 0046374 - ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A base de lidocaína 2%, com vasoconstritor epinefrina a 1:100.000 Tubetes com 1,8ml embalados em caixa com 50 tubetes. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	Caixas	200
12 - 0046375 - ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A base de mepivacaína 3% SV(sem vasoconstritor), em caixa com 50 tubetes Solução estéril injetável de Cloridrato de Mepivacaína 3% (30 mg/ml) sem vasoconstritor acondicionada em tubetes plásticos de 1,8ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	Caixas	200
13 - 0046376 - ANESTÉSICO TÓPICO GEL (12G) BenzocaínaAnestésico local de 200mg/g, pote c/12 g, sabor tutti-frutti.Apresente Registro Anvisa. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	50
14 - 0046377 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS Especificações Técnicas: equipamento odontológico, tipo fotopolimerizador LED, sem fio, de alta energia; Bivolt. Deve fotopolimerizarresinas sensível à faixa de luz. Deve possuir design ergonômico, superfície lisa e brilhante que facilite a limpeza; possuir bateria removível e substituível. Deve acompanhar carregador e cabo de força. Com o mínimo de 12 meses de garantia do fabricante.	UND	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.: _____
Rubrica: _____
Matricula: _____

15 - 0046378 - APLICADOR DE DYCAL RETO Aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta angulada. Descrição complementar: AISI 420, autoclavável.	UND	50
16 - 0046379 - APLICADOR ODONTOLÓGICO - Tipo Haste: Dobrável Tipo Uso: Descartável; Material: Plástico; Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes; Tipo Ponta: Fina para aplicação de adesivo, caixa com 100 und	UND	100
17 - 0046380 - ARTICULADOR SEMIAJUSTÁVEL Equipamento odontológico utilizado para montagem de modelos e simulação dos movimentos mandibulares na confecção de próteses dentárias. Fabricado em liga metálica resistente, com ajuste de guia condilar e pino incisal, permitindo maior precisão na reprodução dos movimentos mandibulares.	UND	2
18 - 0046381 - PONTA ULTRASSOM Aço inoxidável; ponta curva c/ refrigeração, aplicação: raspagem/remoção de tártaro; compatibilidade: encaixe específico. Características adicionais: P/ região Inter proximal.	UND	50
19 - 0046382 - CIMENTO PROVISÓRIO Sem Eugenol; Tipo: Obturador Provisório; Característica Adicional: Com flúor Aspecto Físico: Pasta Única; Apresentação: pote com 25g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.Registro na Anvisa.	UND	200
20 - 0046383 - PONTA ULTRASSOM Aço inoxidável; ponta curva fina, c/ refrigeração, aplicação : raspagem/remoção de tártaro; compatibilidade: encaixe específico. Características adicionais: P/ alisamento radicular.	UND	50
21 - 0046384 - AUTOCLAVE autoclave odontológico digital bivolt automático- 127/220v; desaeração e despressurização feita de forma automática; capacidade de no mínimo 21 litros; tampa e câmara em aço inox com no mínimo 02 bandejas; secagem com porta entreaberta; ter no mínimo 21 sistemas de segurança, entre os quais chave e trava da porta; sistema para ajuste de altitude para diversas regiões e com no mínimo 02 anos de garantia	UND	5
22 - 0046385 - Avental manga longa 30gr pacote com 10 unidades.	Pacotes	100
23 - 0046386 - BABADOR IMPERMEAVEL Composto de fibras de celulose virgens sem contaminantes e filme de polietileno atóxico. Possuir duas camadas (1 de plástico e 1 de papel) ser não estéril, sem adesivo e com dimensões de 30cm x 40cm, contendo 100 unidades em cada embalagem.	Pacotes	30
24 - 0046387 - CALCADOR WARD, N0 1 Calcador, condensador, material: aço inoxidável, modelo: ward, características adicionais: pontas duplas, referência: nº 01, esterilidade: autoclavável	UND	50
25 - 0046388 - PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM PARA RASPAGEM ODONTOLÓGICO Ponteira ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta curva, fina, c, refrigeração, aplicação: raspagem , remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p, região subgingival. Descrição complementar: encaixe fêmea.	UND	50
26 - 0046389 - PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM PARA RASPAGEM ODONTOLÓGICO Ponteira ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta c, dupla curvatura, c, refrigeração, aplicação: raspagem , remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p, cálculos pesados. Descrição complementar: encaixe fêmea.	UND	50
27 - 0046390 - PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM PARA RASPAGEM ODONTOLÓGICO Ponteira ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta lisa c, refrigeração, aplicação: raspagem , remoção de tártaro,	UND	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.:	_____
Rubrica:	_____
Matricula:	_____

compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p, região supragengival. Descrição complementar: encaixe fêmea.		
28 - 0046391 - ESCAVADOR DUPLO N.19 Escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina, modelo: nº 19, esterilidade: autoclavável. Descrição complementar: ser resistente aos meios de desinfecção	UND	200
29 - 0046392 - ESCAVADOR DUPLO N.17 Escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina, modelo: nº 17, esterilidade: autoclavável. Descrição complementar: ser resistente aos meios de desinfecção.	UND	200
30 - 0046393 - ESCAVADOR DUPLO N.18 Escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina, modelo: nº 18, esterilidade: autoclavável. Descrição complementar: ser resistente aos meios de desinfecção	UND	200
31 - 0046394 - CALCADOR WARD, Nº 2 Calcador, condensador, material: aço inoxidável, modelo: ward, características adicionais: pontas duplas, referência: nº 02, esterilidade: autoclavável	UND	50
32 - 0046395 - CALCADOR WARD, Nº 4 Calcador, condensador, material: aço inoxidável, modelo: ward, características adicionais: pontas duplas, referência: nº 04, esterilidade: autoclavável	UND	50
33 - 0046396 - CALCADOR WARD Nº 6 Calcador , condensador, material: aço inoxidável, modelo: ward, características adicionais: pontas duplas, referência: nº 06, esterilidade: autoclavável. Descrição complementar: ser resistente aos meios de desinfecção	UND	50
34 - 0046397 - Bandeja Auxiliar Coluna Giratória Odontológica Para Ultrassom E Periféricos. Plástica, Limpeza Fácil. Excelente Resistência Mecânica.	UND	5
35 - 0046398 - BANDEJA PARA INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICA Autoclavável, Aço inox, AISI 420 com 22x 09 x 1,5 cm	UND	200
36 - 0046399 - Bomba De Vacuo Uso Odontologico- Capacidade/Potencia: 1/3 Hp; Tipo: Sugador De Secrecoes A Vacuo; Apresentacao: Suctor No Suporte Da Unidade Auxiliar.	UND	1
37 - 0046400 - BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 3195 FF Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, característica adicional: conjunto, tipo corte: corte extra fino, referência: ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 e 3195.	UND	50
38 - 0046586 - BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 3195 FF Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, característica adicional: conjunto, tipo corte: corte extra fino, referência: ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3195.	UND	50
39 - 0046401 - BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA Nº 1090 Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1090.	UND	50
40 - 0046402 - BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1012 Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1012.	UND	100
41 - 0046403 - BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1013 Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013.	UND	100
42 - 0046404 - BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1014 Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1014.	UND	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.: _____
Rubrica: _____
Matricula: _____

43 - 0046405 - BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO GRANA FINA 3118F Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, característica adicional: conjunto, tipo corte: corte fino, referência: ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 e 3195.	UND	50
44 - 0046406 - BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO GRANA MÉDIA 1190 Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo ogival, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1190.	UND	50
45 - 0046407 - Broca Endo Z Broca odontológica tipo Endo Z, confeccionada em metal de alta resistência, indicada para abertura coronária e acabamento da câmara pulpar em procedimentos endodônticos. Possui ponta inativa (não cortante) para maior segurança durante o preparo. Compatível com caneta de alta rotação, esterilizável, com identificação de lote, fabricação, validade e registro/notificação na ANVISA.	UND	50
46 - 0046408 - BROCA GATES-GLIDDEN #2 Broca endodôntica tipo Gates-Glidden nº 2, indicada para alargamento do terço cervical e médio do canal radicular durante o preparo endodôntico. Fabricada em aço inoxidável, com haste compatível com contra-ângulo. Produto esterilizável, resistente e de uso odontológico.	UND	20
47 - 0046409 - BROCA GATES-GLIDDEN #3 Broca endodôntica tipo Gates-Glidden nº 3, indicada para alargamento do terço cervical e médio do canal radicular durante o preparo endodôntico. Fabricada em aço inoxidável, com haste compatível com contra-ângulo.	UND	20
48 - 0046410 - BROCA GATES-GLIDDEN #4 Broca endodôntica tipo Gates-Glidden nº 4, indicada para alargamento do terço cervical e médio do canal radicular durante o preparo endodôntico. Fabricada em aço inoxidável, com haste compatível com contra-ângulo.	UND	20
49 - 0046411 - BROCA GATES-GLIDDEN #5 Broca endodôntica tipo Gates-Glidden nº 5, indicada para alargamento do terço cervical e médio do canal radicular durante o preparo endodôntico. Fabricada em aço inoxidável, com haste compatível com contra-ângulo.	UND	20
50 - 0046412 - BROCA LARGO #2 Broca endodôntica tipo Largo nº 2 (Peeso Reamer) indicada para alargamento do canal radicular e preparo do espaço para pinos intrarradiculares. Fabricada em aço inoxidável, com haste compatível com contra-ângulo. Produto esterilizável, resistente e indicado para uso odontológico.	UND	20
51 - 0046413 - BROCA LARGO #3 Broca endodôntica tipo Largo nº 3 (Peeso Reamer) indicada para alargamento do canal radicular e preparo do espaço para pinos intrarradiculares. Fabricada em aço inoxidável, com haste compatível com contra-ângulo. Produto esterilizável, resistente e indicado para uso odontológico.	UND	20
52 - 0046414 - BROCA LARGO #4 Broca endodôntica tipo Largo nº 4 (Peeso Reamer) indicada para alargamento do canal radicular e preparo do espaço para pinos intrarradiculares. Fabricada em aço inoxidável, com haste compatível com contra-ângulo. Produto esterilizável, resistente e indicado para uso odontológico.	UND	20
53 - 0046415 - BROCA LARGO #5 Broca endodôntica tipo Largo nº 5 (Peeso Reamer) indicada para alargamento do canal radicular e preparo do espaço para pinos intrarradiculares. Fabricada em aço inoxidável, com haste compatível com contra-ângulo. Produto esterilizável, resistente e indicado para uso odontológico.	UND	20
54 - 0046416 - Broca odontológica tipo Zecrya,	UND	20
55 - 0046417 - CABO DE BISTURI N 3 Cabo bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 3. Autoclavável.	Bombonas	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.: _____
Rubrica: _____
Matricula: _____

56 - 0046418 - CABO PARA ESPELHO CLÍNICO N 5 Cabo espelho bucal, material: aço inoxidável, formato: oitavado, tipo uso: autoclavável	UND	500
57 - 0046419 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Caneta alta rotação, material rolamento: rolamento cerâmica, velocidade máxima:	UND	5
58 - 0046420 - CARBONO PARA ARTICULAR Material: Em Papel; Formato: Formato de Fita; Cor: Dupla Face - 2 CoresTipo Uso: Estéril, Descartável; Apresentação: Em Folha; Embalagem com 12 unidades.	Tubetes	100
59 - 0046421 - Catalisador Odontológico utilizado em produtos como silicones de condensação para moldagens dentárias.	UND	30
60 - 0046422 - CERA 7 Cera odontológica tipo nº 7, indicada para escult	UND	100
61 - 0046423 - Cera para Osso embalagem com 1 unidade de 2,5g (Tem como função, atuar como barreira mecânica na hemostasia local; * Não possui atuação bioquímica e é minimamente absorvível.	UND	20
62 - 0046424 - Cera Roleta - (Plano De Cera/Plano De Olcusão), Embalagem De 310Gr, Com 20 Tiras: Cera odontológica em formato de roleta, indicada para registros de mordida e ajustes em próteses dentárias. Deve apresentar consistência adequada, fácil moldagem e estabilidade. Embalagem original do fabricante com identificação de lote, fabricação e validade. Produto com registro ou notificação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	UND	100
63 - 0046425 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO Tipo: Restaurador, Alta Viscosidade; Ativação: Autopolimerizável; Aspecto Físico: Pó + Líquido; Apresentação: Conjunto Completo; Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	Kits	200
64 - 0046426 - CIMENTO ENDODONTICO Tipo: Endodôntico; Característica Adicional: Com Eugenol; Aspecto Físico: Pó + Líquido; Apresentação: Conjunto Completo; Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol. Registro na Anvisa.	UND	50
65 - 0046427 - CIMENTO RESINOSO Cimento odontológico resinoso de polimerização dual (química e fotoativada), indicado para cimentação de pinos de fibra de vidro, coroas, facetas, inlays e onlays. Apresentação em seringa ou sistema automix, com alta resistência mecânica, boa adesão e radiopacidade. Embalagem com identificação de lote, data de fabricação e validade.	Caixas	100
66 - 0046428 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO Concentração: 0,12%; Forma Farmacêutica: Colutório; Apresentação: recipiente com 1000 ml; Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	200
67 - 0046429 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO Concentração: 2%; Forma Farmacêutica: Degermante; Apresentação: recipiente com 1000 ml; Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	20
68 - 0046430 - COLGADURA Acessório para radiologia, tipo colgadura, material de aço inoxidável, características adicionais: individual; simples; suporte para revelação de 01 RX.	UND	50
69 - 0046431 - COMPRESSA GAZE Material: 100% Algodão; Dimensões: Cerca De 7,5 X 7,5 Cm; Gramatura: 9 Fios/ Cm2; Adicional: 5 Dobras; Embalagem: 500 unidades; Altamente absorvente, macio e isento de impurezas. Registro ANVISA.	Pacotes	3.000
70 - 0046432 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno DE 30l até 39L, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno para água. Potência de 1 a 1,5 HP, Consumo de 6 a 7 pés.Certificado INMETRO. Garantia mínima de 12 meses, Manual de instrução.	UND	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.:	_____
Rubrica:	_____
Matricula:	_____

71 - 0046433 - CONE ENDODÔNTICO Tipo: Absorvente Material: Papel; Calibre: Especifico P/ TécnicaInstrumentaçãoRotatória; Comprimento: Cerca De 28 Mm; Apresentação: Estojo Com Diferentes Calibres.	Kits	200
72 - 0046434 - CONE ENDODÔNTICO Tipo: Acessório Material: Guta - Percha Calibre: Mf Comprimento: 2 8 Mm Apresentação: Estojo 120 Pontas.	Kits	100
73 - 0046435 - CONE ENDODÔNTICO Tipo: Acessório Material: Guta-Percha Calibre Pm(Fm) Comprimento: 28 Mm; Apresentação: Estojo 120 Pontas.	Kits	100
74 - 0046436 - CONE ENDODÔNTICO Tipo: Acessório Material: Guta-Percha Calibre: M Comprimento: 28 MmApresentação: Estojo 120 Pontas	Kits	100
75 - 0046437 - CONE ENDODÔNTICO Tipo: Acessório Material: Guta-Percha Calibre: Pp(Ff); Comprimento: 28 Mm; Apresentação: Estojo 120 Pontas.	Kits	100
76 - 0046438 - CONE ENDODÔNTICO Tipo: Acessório Material: Guta-Percha Comprimento: Cerca De 28 Mm.	Kits	100
77 - 0046439 - CONE ENDODÔNTICO Tipo: Acessório Material: Guta-Percha; Comprimento: Cerca De 34 Mm	Kits	100
78 - 0046440 - CONE ENDODÔNTICO Tipo: Calibrado Material: Guta-Percha; Calibre: 2ª Série; Comprimento: 28 Mm; Apresentação: Estojo 120 Pontas; Característica Adicional: Sortida.	Kits	100
79 - 0046441 - CONE ENDODÔNTICO Tipo: Calibrado Material: Guta-Percha; Calibre: 2ª Série; Comprimento: 28 Mm; Apresentação: Estojo 120 Pontas; Característica Adicional: Sortida.	UND	50
80 - 0046442 - CONE ENDODÔNTICO Tipo: Calibrado; Material: Guta-Percha; Calibre: 1ª Série; Comprimento: 28 Mm; Apresentação: Estojo 120 Pontas; Característica Adicional: Sortida.	Kits	100
81 - 0046443 - Consultório odontológico: Cadeira para a acomodação do paciente durante o tratamento odontológico, com movimentos automáticos, ambidestra (atende a destros e canhotos), acionada por motorreductor de baixa tensão proporcionando baixo nível de ruído. Braco de apoio para o paciente rebatível 90. Possui pedal de comando multifuncional com acionamento do refletor, movimentação do encosto e assento, volta a zero e posições de trabalho programáveis pelo Profissional. Design arrojado com linhas arredondadas. Encosto curvo envolvente, que além de proporcionar conforto ao paciente, permite maior aproximação ao campo operatório. Estrutura construída em aço macico, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV, proporcionando maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Base com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade, não necessita ser fixada ao piso, porém, caso opte por fixar ao piso, a cadeira já dispõem de furos para este fim. Possui caixa de ligação integrada. Estofamento amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido em couro* ou com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas. Acompanha Refletor odontológico: Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alca que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620. Unidade odontológica: Produzido em ABS Injetad. Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Sistema de regulação da vazão da água: Permite a regulação fina do fluxo de água. Reservatórios	UND	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.: _____
Rubrica: _____
Matricula: _____

translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Terminal Sugador Bomba de Vácuo. Terminal Sugador Venturi. Equipo odontológico: Braco com trava pneumática. Equipo com 01 Seringa tríplice, 01 terminal sem spray para baixa rotação, 01 terminal para alta rotação. Produzido em ABS Injetado. Bracos articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível: Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência a corrosão. Puxador Bilateral. Cor a definir.		
82 - 0046444 - CUBA ASSEPTICA 8 cm Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: redondo, capacidade: cerca de 150 ml. Descrição complementar: autoclavável	UND	150
83 - 0046445 - Cuba De Silicone Para Manipulação De Gesso/ Alginato Recipiente confeccionado em silicone flexível e resistente, indicado para manipulação de gesso, alginato e outros materiais odontológicos.	UND	20
84 - 0046446 - CURETA LUCAS N.85 Cureta odontológica, material: aço inoxidável, referência: nº 85, formato: côncavo corpo duplo, aplicação: cirurgia, tipo: Lucas, esterilidade: autoclavável. Descrição complementar: ser resistente aos meios de desinfecção.	UND	50
85 - 0046447 - CURETA MC CALL 13-14 Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mccall, modelo: 13-14, características adicionais: cabo oco. Descrição complementar: ser resistente aos meios de desinfecção e autoclavável.	UND	50
86 - 0046448 - CURETA MC CALL 17-18 Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mccall, modelo: 17-18, características adicionais: cabo oco. Descrição complementar: ser resistente aos meios de desinfecção e autoclavável	UND	50
87 - 0046449 - CURETA MORSE 0-00 Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: ponta morse, modelo: nº 0-00, características adicionais: cabo oco. Descrição complementar: ser resistente aos meios de desinfecção e autoclavável.	UND	50
88 - 0046450 - DENTIFRÍCIO Composição Básica: Creme Dental Com Flúor Ativo De (1100 Ppm); Sabor: Menta; Tipo: Adulto; Capacidade: 90 G; Aplicação: Higiene Dental.	UND	500
89 - 0046451 - DISCO DE LIXA Sistema de acabamento e polimento em discos com quatro granulações: grosso, médio, fino e superfino. Centro metálico para acoplagem em contra ângulo. Necessário que apresente variação de cores para facilitar o reconhecimento da gramatura de cada disco . Discos de granulação grossa ou média para remoção de excessos. Granulação média para contorno e fina para acabamento. Granulação superfina para obtenção de um excelente polimento. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. Validade: 5 anos. Registro na Anvisa.	UND	100
90 - 0046452 - EDTA Odontológico Solução ou gel de EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético) a 17%, indicada para remoção da smear layer e preparo químico do canal radicular em procedimentos endodônticos. Apresentação em frasco ou seringa, com identificação de lote, data de fabricação, validade e registro/notificação na ANVISA.	UND	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.:	_____
Rubrica:	_____
Matricula:	_____

91 - 0046453 - ESCOVA DE ROBSON Tipo Ponta: Taça; Uso: Contra-Ângulo; Cor: Branca.	UND	500
92 - 0046454 - ESCOVA DENTAL Material Cerdas: Náilon, material Cabo: Plástico, tipo Cabo: Reto, formato Cabeça: Retangular, com cantos arredondados. Aplicação: Infantil; Características Adicionais Cabo: Ligeiramente Flexível; Características Adicionais: Comprimento 16cm, 4 Fileiras Tufo, Total 28 Tufos, Tipo Cerdas: Macia, Da Mesma Altura, Extremidades Arredondadas.	UND	500
93 - 0046455 - ESCOVA DENTAL Material Cerdas: Náilon; Material Cabo: Plástico; Tipo Cabo: Reto; Formato Cabeça: Retangular, Com Cantos Arredondados; Aplicação: Adulto Características Adicionais Cabo: Ligeiramente Flexível; Características Adicionais: Comprimento 20cm, 4 Fileiras Tufo, Total 36 Tufos; Tipo Cerdas: Macia, da mesma altura, extremidades arredondadas embalada individualmente em saquinho plástico lacrado sortidos.	UND	500
94 - 0046456 - ESPÁTULA DE RESINA N°01 Espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, tamanho: n° 01, tipo uso: inserção, aplicação de compósitos, características adicionais: cabo oco. Descrição complementar: ser resistente aos meios de desinfecção e autoclavável.	UND	50
95 - 0046457 - ESPÁTULA SIMPLES N.24 Espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: n° 24, tipo uso: manipulação. Descrição complementar: ser resistente aos meios de desinfecção e autoclavagem.	UND	50
96 - 0046458 - ESPELHO CLÍNICO Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: n° 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. Descrição Complementar: espelhamento autoclavável resistente aos métodos de desinfecção normais que não apresentem manchas após a desinfecção e esterilização.	UND	500
97 - 0046459 - FILME RADIOLOGICO Tipo: Raio-X; Dimensões: 22 X 35 Mm; CX com 100 unidades. Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 22x35mm), processamento manual ou automático, Cor roxa, ALTA Velocidade (Velocidade F), Validade mínima de 2 anos da data de entrega., com Registro na Anvisa.	Caixas	100
98 - 0046460 - FILME RADIOLOGICO Tipo: Raio-X; Dimensões: 30 X 40 Mm; CX com 150 unidades Cor Azul, Velocidade intermediária (Velocidade E) Validade mínima de 2 anos da data de entrega, com Registro na Anvisa.	Caixas	100
99 - 0046461 - FIO DE SUTURA Material: Nylon Monofilamento; Tipo Fio: 3-0; Cor: Preta; Comprimento: 45 Cm; Características Adicionais: Com Agulha; Tipo Agulha: 1/2 Círculo Cortante Estriada; Comprimento Agulha: 1,65 Cm; Esterilidade: Estéril. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.	Caixas	200
100 - 0046462 - FIO DE SUTURA Material: Seda Trançada; Tipo Fio: 3-0; Cor: Preta; Comprimento: Cerca De 45 Cm; Tipo Agulha: 1/2 Círculo Cortante; Comprimento Agulha: Cerca 1,5 Cm; Esterilidade: Estéril; Validade mínima de 3 anos da data de entrega.	Caixas	200
101 - 0046463 - FIO DENTAL Material: Poliamida; Comprimento: 500 M; Características Adicionais: Encerado, Aromatizado E Extra-Fino.	UND	50
102 - 0046464 - FIO RETRATOR GENGIVAL Material: Algodão Trançado Ou Tricotado, Tipo: Não Impregnado, Espessura: Extra Fino, Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2,5 M. Tipo Uso: Estéril / Descartável	UND	30
103 - 0046465 - FIXADOR Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia. Pronto uso Apresentação: Frasco de 500ml. Validade mínima de 2 ano a seguir da data de entrega.	UND	200



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.: _____
Rubrica: _____
Matricula: _____

104 - 0046466 - FLUORETO DE SÓDIO Concentração: 1,23%; Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico; Característica Adicional: Aciduladopara aplicação tópica, frasco com 200 ml, sabores diversos, Validade mínima de 2 anos após sua fabricação.	UND	100
105 - 0046467 - FÓRCEPS 150 Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 150, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes superiores, tipo uso: autoclavável.	UND	30
106 - 0046468 - FÓRCEPS 151 Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 151, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes inferiores, tipo uso: autoclavável.	UND	30
107 - 0046469 - FÓRCEPS 16 Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 16, características adicionais: molares inferiores ambos os lados. Descrição complementar: autoclavável.	UND	30
108 - 0046470 - FÓRCEPS 17 Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 17, aplicações: uso odontológico. Descrição complementar: autoclavável.	UND	30
109 - 0046471 - FÓRCEPS 18L Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 l, características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável.	UND	30
110 - 0046472 - FÓRCEPS 18R Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 r, características adicionais: molares superiores lado direito, tipo uso: autoclavável.	UND	30
111 - 0046473 - FÓRCEPS 65 Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 65, características adicionais: raíz residuais, tipo uso: autoclavável.	UND	30
112 - 0046474 - FÓRCEPS 69 Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 69, características adicionais: raízes residuais, tipo uso: autoclavável.	UND	30
113 - 0046475 - FORMOCRESOL Composição: Formaldeído + Orto-Cresol; Concentração: 19% + 35% Aproximadamente; Veículo: Em Solução Glicerínada, material para mumificação da polpa denta, frasco com 10ml. Validade mínima de 2 anos no ato da entrega, com Registro na Anvisa.	UND	50
114 - 0046476 - GEL HIDROSSOLÚVEL Gel hidrossolúvel indicado para lubrificação e facilitação de procedimentos clínicos, como inserção de dispositivos e manipulação de materiais odontológicos. Produto incolor, não oleoso, de fácil remoção com água, apresentado em embalagem com identificação de lote, data de fabricação e validade, com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	UND	30
115 - 0046477 - Gesso - Uso Odontológico - Gesso - UsoOdontológico, Tipo: Pedra Especial Tipo Iv.	Pacotes	500
116 - 0046478 - GESSO PEDRA TIPO III para confecção de modelos de estudo, modelos de trabalho e uso em laboratório odontológico. Material à base de sulfato de cálcio hemidratado, com boa resistência mecânica, baixa expansão de presa e adequada reprodução de detalhes. Deve apresentar fácil manipulação, consistência homogênea após mistura com água, boa fluidez e estabilidade dimensional após a presa.Fornecido em embalagem original do fabricante, com peso aproximado de 1 kg ou superior, contendo identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.O produto deverá possuir registro ou notificação na ANVISA, conforme legislação vigente, e validade mínima de 12	UND	300



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.: _____
Rubrica: _____
Matricula: _____

meses a partir da data de entrega. Unidade de fornecimento: pacote ou embalagem equivalente.		
117 - 0046479 - GORRO Tipo Touca, Descartável Com Elástico Com 100 Unidades.	Pacotes	100
118 - 0046480 - GRAMPO 200 Grampo metálico indicado para fixação do lençol de borracha em procedimentos de isolamento absoluto, especialmente em molares. Fabricado em aço inoxidável resistente, autoclavável, com boa adaptação cervical e alta durabilidade. Produto indicado para uso odontológico.	UND	10
119 - 0046481 - GRAMPO 201 Grampo metálico indicado para fixação do lençol de borracha em procedimentos de isolamento absoluto, especialmente em molares parcialmente erupcionados. Fabricado em aço inoxidável, resistente, autoclavável e de alta durabilidade, proporcionando boa adaptação ao dente durante procedimentos odontológicos.	UND	10
120 - 0046482 - GRAMPO 208 Grampo metálico indicado para fixação do lençol de borracha em procedimentos de isolamento absoluto, especialmente em pré-molares. Fabricado em aço inoxidável resistente, autoclavável, com boa adaptação cervical e alta durabilidade para uso odontológico.	UND	10
121 - 0046483 - GRAMPO 212 Grampo metálico indicado para isolamento absoluto em dentes anteriores, especialmente em procedimentos restauradores cervicais. Fabricado em aço inoxidável resistente, autoclavável, proporcionando boa adaptação ao dente e estabilidade do lençol de borracha durante o procedimento odontológico.	UND	10
122 - 0046484 - GRAMPO W8A grampo metálico indicado para fixação do lençol de borracha em procedimentos de isolamento absoluto, especialmente em molares parcialmente erupcionados ou com pouca retenção coronária. Fabricado em aço inoxidável resistente, autoclavável e de alta durabilidade, indicado para uso odontológico.	UND	10
123 - 0046485 - GRAU CIRÚRGICO de papel auto – selante para esterilização tam. 10x100mt em Rolo, com registro na ANVISA.	Rolos	200
124 - 0046486 - GRAU CIRÚRGICO de papel auto – selante para esterilização tam. 15x100mt em Rolo, com registro na ANVISA.	Rolos	100
125 - 0046487 - GRAU CIRÚRGICO de papel auto – selante para esterilização tam. 25x100mt Em Rolo, com registro na ANVISA.	Rolos	100
126 - 0046488 - GRAU CIRÚRGICO de papel auto Selante para esterilização tam. 05x100mt em Rolo, com registro na ANVISA.	Rolos	100
127 - 0046489 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA Medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares, capeador pulpar, unidade com 10g. validade mínima de 2 anos da data de entrega, com Registro na Anvisa.	UND	100
128 - 0046490 - HIPOCLORITO DE SÓDIO Aspecto Físico: Solução Aquosa; Concentração: Teor 1% De Cloro Ativo Validades mínima de 2 anos a contar da data de entrega. Embalagem com 1L.	UND	20
129 - 0046491 - ISOLANTE DE RESINA ACRÍLICA 1 LitroFrasco Líquido monômero à base de metilmetacrilato (MMA), indicado para manipulação com resina acrílica odontológica na confecção e reparo de próteses. Deve apresentar boa fluidez e adequada polimerização. Frasco mínimo de 100 ml, com identificação de lote, fabricação e validade. Produto com registro ou notificação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Validade mínima de 12 meses na entrega.	UND	60
130 - 0046492 - KIT DE ACABAMENTO FINO	Kits	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.: _____
Rubrica: _____
Matricula: _____

131 - 0046493 - KIT DE POLIMENTO DE RESINA Características: Formato Disco Com dupla camada de silicone Jateamento de caberto de silício Proporcionam um polir suave, gerando pouco calor no atrito, não agredindo o esmalte dos dentes e nem aquecendo demais as peças.	UND	30
132 - 0046494 - LÂMINA DE BISTURI Aço Inox estéril, N0.15C Apresentação: Caixa com 100 und.	UND	50
133 - 0046495 - LAMPARINA para o aquecimento de instrumentos para escultura em cera, fundamental nos trabalhos protéticos, e também para aquecer calcadores utilizados na plastificação e derretimento de cones de guta-percha em endodontia. Material: Aço inoxidável Aisi 420.Capacidade: 60ml. Indicação: Derretimento de cera, plastificação de placas, bastão de godiva e aquecimento de instrumentais odontológicos. Tipo: Lamparina a álcool para prótese.	UND	5
134 - 0046496 - Lençol De Borracha Para Isolamento Cx. C/ 26 para isolamento absoluto do campo operatório em procedimentos odontológicos, como restaurações e tratamentos endodônticos. Confeccionado em látex resistente e flexível, com boa elasticidade e resistência a rasgos.	UND	100
135 - 0046497 - LIMA PARA OSSO 11 Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 11. Descrição complementar: ser resistente aos meios de desinfecção e autoclavação.	UND	50
136 - 0046498 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Endodôntica Tipo "C"; Características Adicionais: Para Canais Atrésicos; Aplicação: Digital; Componentes: C/ Cursor. Caixa com 6 unidades.	UND	100
137 - 0046499 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Hedstroem; Comprimento: 25 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: Nº 45; Componentes: C/ Cursor. Caixa com 6 unidades.	UND	100
138 - 0046500 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Extirpa Polpa; Comprimento: 25 Mm; Aplicação: Digital; Componentes: C/ Cursor; Apresentação: Conjunto C/ Diferentes Diâmetros. Caixa com 10 unidades.	UND	100
139 - 0046501 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Hedstroem; Comprimento: 25 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: Nº 80; Componentes: C/ Cursor. Caixa com 6 unidades.	UND	100
140 - 0046502 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Hedstroem; Comprimento: 25 Mm; Digital; Tamanho: Nº 70; Componentes: C/ Cursor. Caixa com 6 unidades.	UND	100
141 - 0046503 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Hedstroem; Comprimento: 25 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: Nº 55; Componentes: C/ Cursor. Caixa com 6 unidades.	UND	100
142 - 0046504 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Hedstroem; Comprimento: 25 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: Nº 60; Componentes: C/ Cursor. Caixa com 6 unidades.	UND	100
143 - 0046505 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Tipo Kerr; Comprimento: 25 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: 1ª Série/15 A 40; Componentes: C/ Cursor; Apresentação: Conjunto Completo. Caixa com 6 unidades.	UND	100
144 - 0046506 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Tipo Kerr; Comprimento: 31 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: 1ª Série/15 A 40; Componentes: C/ Cursor; Apresentação: Conjunto Completo. Caixa com 6 unidades.	UND	100
145 - 0046507 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Tipo Kerr; Comprimento: 21 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: 1ª Série/15 A 40;	UND	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.:	_____
Rubrica:	_____
Matricula:	_____

Componentes: C/ Cursor; Apresentação: Conjunto Completo. Caixa com 6 unidades		
146 - 0046508 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Tipo Kerr; Comprimento: 21 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: 2ª Série/45 A 80; Componentes: C/ Cursor; Apresentação: Conjunto Completo. Caixa com 6 unidades	UND	100
147 - 0046509 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Tipo Kerr; Comprimento: 31 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: 2ª Série/45 A 80; Componentes: C/ Cursor; Apresentação: Conjunto Completo. Caixa com 6 unidades	UND	100
148 - 0046510 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Tipo Kerr; Comprimento: 25 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: 2ª Série/45 A 80; Componentes: C/ Cursor; Apresentação: Conjunto Completo. Caixa com 6 unidades	UND	100
149 - 0046511 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Tipo Kerr; Comprimento: 25 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: Nº 08; Componentes: C/ Cursor. Caixa com 6 unidades.	UND	100
150 - 0046512 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Tipo Kerr; Comprimento: 21 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: Nº 08; Componentes: C/ Cursor. Caixa com 6 unidades.	UND	100
151 - 0046513 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Tipo Kerr; Comprimento: 31 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: Nº 08; Componentes: C/ Cursor. Caixa com 6 unidades.	UND	100
152 - 0046514 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Tipo Kerr; Comprimento: 31 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: Nº 10; Componentes: C/ Cursor. Caixa com 6 unidades.	UND	100
153 - 0046515 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Modelo: Tipo Kerr; Comprimento: 25 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: Nº 10; Componentes: C/ Cursor. Caixa com 6 unidades.	UND	100
154 - 0046516 - LIMA USO ODONTOLÓGICO Material: Níquel / Titânio; Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatório; Comprimento: 25MM; Aplicação: Uso Em Motor De Baixa Rotação; Componentes: C/ Cursor. Caixa com 6 unidades.	UND	100
155 - 0046517 - LIMA USO ODONTOLÓGICO) Material: Aço Inoxidável; Modelo: Hedstroem; Comprimento: 25 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: Nº 50; Componentes: C/ Cursor. Caixa com 6 unidades.	UND	100
156 - 0046518 - LIMA USO ODONTOLÓGICO) Material: Aço Inoxidável; Modelo: Tipo Kerr; Comprimento: 21 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: Nº 10; Componentes: C/ Cursor.	UND	100
157 - 0046519 - LIXA Odontológica, Material Aço, Comprimento 6Mm, Apresentação Corte De Um Lado, Aplicação Acabamento Restaurações Metálicas. Envelope Com 12 Tiras.	UND	50
158 - 0046520 - LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO Composição Básica: Óleo Mineral; Apresentação: Spray com Adaptador; Aplicação: Caneta De Alta e Baixa Rotação; Características Adicionais: Sem Cfc; validade mínima de 2 anos da data de entrega, com Registro na Anvisa.	UND	20
159 - 0046521 - LUVIA De Procedimento Latex Tam G C/ 100 Und Com Pó.	UND	100
160 - 0046522 - LUVIA De Procedimento Latex Tam M C/ 100 Und Com Pó.	UND	300
161 - 0046523 - LUVIA De Procedimento Latex Tam P C/ 100 Und Com Pó.	UND	300



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.: _____
Rubrica: _____
Matricula: _____

162 - 0046524 - MANDRIL PARA DISCO DE ACABAMENTO – CONTRA ÂNGULO, TAMANHO: 25MM, LATÃO BANHADO EM CROMO.	UND	50
163 - 0046525 - MATRIZ ODONTOLÓGICA Material: Poliéster; Tipo: Pré-Cortada; Formato: Fita; Apresentação: Envelope 50 Folhas De 10cm; Largura: 10 Mm; Tipo Uso: Descartável.	UND	50
164 - 0046526 - MICRO MOTOR COM CONTRA ANGULO Caneta baixa rotação, tipo: micromotor, conexão: conexão borden 2 furos, refrigeração: c, refrigeração interna, rotação: cerca de 5.000 a 20.000 rpm.DESCRICÃO COMPLEMENTAR: peça de mão fabricada em corpo metálico; Sistema de conexão no equipo odontológico tipo universal Borden (ISO 9168); Conexão tipo Intra (ISO 3964) no Contra ângulo/ Peça reta; Autoclavável; 20.000 RPM (Max.); Pressão de 60 a 80 PSI; Registro ANVISA; Certificado INMETRO; Manual de instrução; Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UND	5
165 - 0046527 - MOCHO ODONTOLÓGICO Mocho com sistema de elevação a gás que possibilita total ajuste das posições. Encosto anatômico com ajuste de aproximação e apoio lombar, proporcionando maior conforto ao profissional. Base com 5 rodízios, resistente, proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores, que permite agradável sensação ao sentar-se e facilita a hemodinâmica, ou seja, permite que a circulação sanguínea ocorra de forma natural. Acabamento liso com cantos arredondados, altura regulável permitindo que os profissionais de diferentes alturas sentem-se corretamente, respeitando-se a hemodinâmica, ou seja, quando sentado o profissional deve estar com a coxa paralela ao solo e a planta dos pés apoiados no chão. Cor a definir.	UND	5
166 - 0046528 - MOTOR DE BANCADA Motor elétrico de bancada indicado para acabamento, desgaste e polimento de próteses e peças odontológicas. Equipamento com velocidade regulável, baixo nível de ruído e vibração, compatível com escovas e acessórios para polimento. Estrutura resistente, base estável, alimentação elétrica bivolt ou 220V, acompanhado de manual de instruções.	UND	3
167 - 0046529 - MOTOR DE CHICOTE Motor elétrico de chicote indicado para desgaste, acabamento e polimento de próteses e peças odontológicas, com eixo flexível, velocidade regulável e baixo nível de vibração. Equipamento resistente, acompanhado de pedal de acionamento e manual de instruções. Alimentação bivolt ou 220V, com identificação de lote e garantia do fabricante.	UND	3
168 - 0046530 - MUFLA Mufla metálica utilizada para inclusão e prensagem de próteses dentárias em resina acrílica durante o processo de polimerização. Fabricada em liga metálica resistente ao calor e à pressão, compatível com prensas laboratoriais. Produto de alta durabilidade, com acabamento adequado para uso em laboratório de prótese dentária.	UND	5
169 - 0046531 - PASTA PROFILÁTICA Com flúor. Apresentação: bisnaga 90g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	200
170 - 0046532 - PEDRA POMES PACOTES COM 1KG. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	UND	40
171 - 0046533 - PERFURADOR DE DIQUE DE BORRACHA (CATMAT 442190) Material p, isolamento dental, dique de borracha, material: aço inoxidável, tipo: instrumental , perfurador de ainsworth.	UND	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.:	_____
Rubrica:	_____
Matricula:	_____

172 - 0046534 - PINÇA CLÍNICA Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 13 cm, referência: 317, indicação: clínica, aplicação: p, algodão, esterilidade: autoclavável.	UND	50
173 - 0046535 - PINÇA PORTA GRAMPO Material p, isolamento dental, dique de borracha, material: aço inoxidável, tipo: instrumental, perfurador de ainsworth.	UND	30
174 - 0046536 - PINO DE FIBRA DE VIDRO Pino intrarradicular confeccionado em fibra de vidro, indicado para retenção e reforço de restaurações em dentes tratados endodonticamente. Possui alta resistência mecânica, elasticidade semelhante à dentina e radiopacidade, favorecendo a adaptação e visualização radiográfica. Produto estéril, em embalagem original, com identificação de lote, fabricação e validade, tamanhos variados, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	UND	200
175 - 0046537 - PLACA DE DENTES DE ESTOQUE Placa de dentes artificiais em resina acrílica, indicada para confecção de próteses totais e parciais removíveis. Deve apresentar resistência, estabilidade de cor e anatomia adequada. Embalagem original com identificação de lote, fabricação e validade. Produto com registro ou notificação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	UND	1.000
176 - 0046538 - PLACA DE VIDRO Acessórios - uso odontológico, tipo: placa p, espátulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: espessura cerca de 10 mm.	UND	30
177 - 0046539 - PORTA AGULHA, MayoHegar 14 cm Porta-agulha instrumental, modelo: mayohegar, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 14 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. Descrição complementar: autoclavável.	UND	50
178 - 0046540 - PORTA ALGODÃO ODONTOLÓGICO: INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE GAZE, ALGODÃO, DETRITOS, ENTRE OUTROS; 8X10CM; PRODUZIDO POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, RESULTANDO EM ACABAMENTO PERFEITO E LIVRE DE REBARBAS; PODENDO SER ESTERILIZADO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES.	UND	30
179 - 0046541 - PORTA DIQUE DE BORRACHA Arco odontológico, material: plástico, tipo: young, tipo uso: reutilizável, forma: u, aplicação: esticar lençol borracha, características adicionais: isolamento dental. Descrição complementar: esterilizável.	UND	40
180 - 0046542 - PORTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE Porta matriz odontológico, material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: adulto. Descrição complementar: ser resistente aos meios de desinfecção e autoclavagem.	UND	50
181 - 0046543 - POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO Acessório para radiologia, tipo: posicionador filme, componentes: conjunto completo, características adicionais: até 4 unidades, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto.	UND	30
182 - 0046544 - POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL Acessório para radiologia, tipo: posicionador filme, componentes: conjunto completo, características adicionais: até 4 unidades, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.	UND	30
183 - 0046545 - POTES DAPPEN Pote odontológico, material: silicone, formato: cilíndrico, características adicionais: 2 cavidades, tipo: dappen. Descrição complementar: cores variadas.	UND	30
184 - 0046546 - RAO X ODONTOLÓGICO PORTÁTIL. Especificação: RAO X ODONTOLÓGICO PORTÁTIL, LEVE PESO E TAMANHO COMPACTO. ALTA FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADOR E CIRCUITOS ESPECIALIZADOS QUE	UND	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.:	_____
Rubrica:	_____
Matricula:	_____

PERMITEM MONITORAR DE FORMA PRECISA AS TÉCNICAS DE EXPOSIÇÃO.PAINEL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO		
185 - 0046547 - RÉGUA MILIMETRADA Régua - uso odontológico, modelo: endodôntica, material: alumínio, tipo: milimetrada, característica adicional: simples, tipo uso: autoclavável	UND	30
186 - 0046548 - Resina Acrilica Auto Vipi Flash Po 225G Rosa Resina acrílica odontológica autopolimerizável indicada para confecção, reparo e reembasamento de próteses e dispositivos acrílicos. Apresentação em pó e líquido, embalagem original lacrada, com identificação de lote, data de fabricação e validade mínima de 12 meses. Produto com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	UND	100
187 - 0046549 - RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL ROSA Resina acrílica odontológica autopolimerizável na cor rosa, indicada para confecção, reparo e reembasamento de próteses dentárias. Apresentação em pó e líquido, embalagem original lacrada, com identificação de lote, data de fabricação e validade mínima de 12 meses. Produto com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	UND	100
188 - 0046550 - RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL INCOLOR Resina acrílica odontológica autopolimerizável incolor, indicada para confecção, reparo e reembasamento de próteses e dispositivos acrílicos. Apresentação em pó e líquido, embalagem original lacrada, com identificação de lote, data de fabricação e validade mínima de 12 meses.	UND	100
189 - 0046551 - Resina Acrilica Autopolimerizavel Liquido - Classico Embalagem Com 120 MI Resina acrílica autopolimerizável para uso odontológico, indicada para confecção, reparo e reembasamento de próteses dentárias. Composição à base de polimetilmetacrilato (PMMA), sistema de cura química à temperatura ambiente. Deve ser fornecida em kit contendo pó (polímero) e líquido (monômero), apresentar boa resistência mecânica, estabilidade dimensional, baixa porosidade e fácil manipulação, com tempo de trabalho aproximado de 3 minutos e presa final de até 15 minutos. Embalagem original do fabricante contendo identificação do produto, lote, data de fabricação e validade. O produto deve possuir registro ou notificação na ANVISA e validade mínima de 12 meses na data da entrega. Unidade de fornecimento: kit (pó + líquido).	UND	300
190 - 0046552 - RESINA ACRILICA INCOLOR Resina acrílica termopolimerizável incolor, indicada para confecção de bases de próteses dentárias. Deve apresentar alta resistência, estabilidade de cor e boa adaptação. Embalagem original do fabricante, com identificação de lote, fabricação e validade.	UND	100
191 - 0046553 - RESINA ACRILICA INCOLOR VIPCRIL Resina acrílica odontológica autopolimerizável, incolor, à base de polimetilmetacrilato (PMMA) e metilmetacrilato (MMA), indicada para confecção, reparo e reembasamento de próteses e placas acrílicas. Apresentação em conjunto pó e líquido, em embalagem original lacrada. Produto com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), contendo identificação de lote, data de fabricação e validade mínima de 12 meses na entrega.	UND	100
192 - 0046554 - RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL Conteúdo da embalagem:1 Seringa de 4g de Resina Cor: DA3 (Dentina – A3);Preenchimento: 2mm;Composição: Bis-GMA, Bis EMA, TEGDMA, conforoquinona, co-iniciador e silano; Nanohibrida e radiopaca; Tecnologia alemã: Carga de vidro Schott;Alta estabilidade de cor; Sistema simplificado de cores;Excelente resistência mecânica; Aprovado pelo FDA e CE; Validade: 3 anos (a partir da data de fabricação);Registro ANVISA.	UND	200



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.:	_____
Rubrica:	_____
Matricula:	_____

193 - 0046587 - RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL Conteúdo da embalagem:1 Seringa de 4g de Resina; Cor: DA2 (Dentina – A2);Preenchimento: 2mm;Composição: Bis-GMA, Bis EMA, TEGDMA, conforoquinona, co-iniciador e silano; Nanohibrida e radiopaca; Tecnologia alemã: Carga de vidro Schott; Alta essimplificado de cores; Excelente resistência mecânica; Aprovado pelo FDA e CE; Validade: 3 anos (a partir da data de fabricação);Registro ANVISA.	UND	200
194 - 0046588 - RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL Conteúdo da embalagem:1 Seringa de 4g de Resina; Cor: DA2 (Dentina – A2);Preenchimento: 2mm;Composição: Bis-GMA, Bis EMA, TEGDMA, conforoquinona, co-iniciador e silano; Nanohibrida e radiopacate resistência mecânica; Aprovado pelo FDA e CE; Validade: 3 anos (a partir da data de fabricação);Registro ANVISA.	UND	200
195 - 0046589 - RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL Conteúdo da embalagem:1 Seringa de 4g de Resina Cor: DA3 (Dentina – A3);Preenchimento: 2mm;iciador e silano; Nanohibrida e radiopaca; Tecnologia alemã: Carga de vidro Schott;Alta estabilidade de cor; Sistema simplificado de cores;Excelente resistência mecânica; Aprovado pelo FDA e CE; Validade: 3 anos (a partir da data de fabricação);Registro ANVISA.	UND	200
196 - 0046593 - RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL Conteúdo da embalagem:1 Seringa de 4g de Resina Cor: EA1 (Esmalte – A1) Preenchimento: 2mm;Composição: Bis-GMA, Bis EMA, TEGDMA, conforoquinona, co-iniciador e silano; Nanohibrida e radiopaca; Tecno; Sistema simplificado de cores; Excele	UND	200
197 - 0046594 - RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL Conteúdo da embalagem:1 Seringa de 4g de Resina Cor: EA2 (Esmalte – A2) Preenchimento: 2mm;Composição: Bis-GMA, Bis EMA, TEGDMA, conforoquinona, co-iniciador e silano; Nanohibrida e radiopaca; Tecnologia ama simplificado de cores; Excelente resistência mecâniAprovado pelo FDA e CE; Validade: 3 anos(a partir d	UND	200
198 - 0046595 - RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL Conteúdo da embalagem:1 Seringa de 4g de Resina Cor: EA3 (Esmalte – A3) Preenchimento: 2mm;Composição: Bis-GMA, Bis EMA, TEGDMA, conforoquinona, co-iniciador e silano; Nanohibrida e radiopaca; Tecnologia alemã: Carga de vidro Schott; Alta estabilidade d	UND	200
199 - 0046596 - RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL Seringa de 4g de Resina Cor: DA1 (Dentina – A1);Preenchimento: 2mm;Composição: Bis-GMA, Bis EMA, TEGDMA, conforoquinona, co-iniciador e silano; Nanohibrida e radiopaca; Tecnologia alemã: Carga de vidro Schott; Alta estabilidade de cor; Sistema simplificado de cores; Excelente resistência mecânica; Aproved	UND	200
200 - 0046597 - RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL Seringa de 4g de Resina Cor: DA1 (Dentina – A1);Preenchimento: 2mm;Composição: Bis-GMA, Bis EMA, TEGDMA, conforoquinona, co-iniciador e silano; Nanohibrida e radiopaca; Tecnologia alemã: Carga de vidro Schott; Alta estabilidade de cor; Sistema simplific e CE; Validade: 3 anos (a partir da data de fabricação);Registro ANVISA.	UND	300
201 - 0046598 - RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL Conteúdo da embalagem:1 Seringa de 4g de Resina Cor: DA3 (Dentina – A3);Preenchimento: 2mm;Composição: Bis-GMA, Bis EMA, TEGDMA, conforoquinona, co-iniciador e silano; Nanohibrida e radiopaca; Tecnologia alemã: Carga de vidro Schott; Alta estabilidade de cor; Sistema simplificado de cores; Excelente r	UND	300
202 - 0046561 - RESINA COMPOSTA MICROHÍBRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR EA1 Contendo 4g. Consistência composta, possua em sua composição o TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2- Benzotriazolil-4-metilfenol, possua elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório, material com elevada dureza,	UND	300



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.: _____
Rubrica: _____
Matricula: _____

resistência à compressão e à fratura, efeito camaleônico, carga em zircônia e sílica que garante e cevadas propriedades mecânicas, maior fluorescência, alta resistência ao desgaste. validade mínima de 2 anos da data de entrega.		
203 - 0046562 - RESINA COMPOSTA MICROHÍBRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR EA2 Contendo 4g. Consistência composta, possua em sua composição o TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2- Benzotriazolil-4-metilfenol, possua elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório, material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura, efeito camaleônico, carga em zircônia e sílica que garante e cevadas propriedades mecânicas, maior fluorescência, alta resistência ao desgaste. validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	300
204 - 0046563 - RESINA COMPOSTA MICROHÍBRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR EA3 Contendo 4g. Consistência composta, possua em sua composição o TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2- Benzotriazolil-4-metilfenol, possua elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório, material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura, efeito camaleônico, carga em zircônia e sílica que garante e cevadas propriedades mecânicas, maior fluorescência, alta resistência ao desgaste. validade mínima de 2 anos da data de entrega, com Registro na Anvisa.	UND	200
205 - 0046564 - RESINA COMPOSTA Tipo: Fotopolimerizável - Tamanho Partículas: Microhíbrida Aspecto Físico: Fluida; Cor A3. (flow); Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	200
206 - 0046565 - RESINA COMPOSTA Tipo: Fotopolimerizável - Tamanho Partículas: Nanoparticuladas Aspecto Físico: Fluida; Cor A2. (flow); Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100
207 - 0046566 - RESINA VIPCRIL ROSA CLARO Resina acrílica odontológica autopolimerizável na cor rosa claro, indicada para confecção, reparo e reembasamento de próteses dentárias. Apresentação em pó e líquido, embalagem original lacrada, com identificação de lote, data de fabricação e validade mínima de 12 meses. Produto com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	UND	100
208 - 0046567 - REVELADOR Para radiografia odontológica, frasco de 500ml. Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Forma física: líquido; Cor: vermelho. Indicado para o processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	200
209 - 0046568 - SELANTE Fóssulas, cicatrículas e fissuras fotopolimerizável em seringa de 1g, na cor branca opaca facilitando exames subsequentes, SEM BisFenol A composto de 7% de carga de tamanho de 0,04 micra para suportar desgaste, com baixa solubilidade em água, baixa viscosidade para ótima penetração e com liberação de flúor. Validade de 3 anos, da data de entrega.	UND	200
210 - 0046569 - SERINGA CARPULE Seringa, material: aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, capacidade: 1,80 ml, características adicionais: retrocarga, tipo: carpule, aplicação: refluxo tradicional.	UND	30
211 - 0046570 - SERINGA CENTRIX Seringa odontológica tipo Centrix Syringe, indicada para inserção e aplicação controlada de materiais restauradores e cimentos odontológicos em cavidades dentárias. Fabricada em material resistente e autoclavável, compatível com pontas aplicadoras, proporcionando precisão e facilidade de uso em procedimentos odontológicos.	UND	30
212 - 0046571 - SERINGA COM AGULHA 20ML	Frascos	500



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.: _____
Rubrica: _____
Matricula: _____

213 - 0046572 - SILANO ODONTOLÓGICO Agente de união indicado para promover adesão entre superfícies cerâmicas, pinos de fibra de vidro ou materiais vítreos e resinas compostas em procedimentos restauradores. Apresentado em frasco para uso odontológico, com identificação de lote, data de fabricação e validade. Produto com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	UND	100
214 - 0046573 - SINDESMÓTOMO Descolador, material: aço inoxidável, tipo formato: destaca periosteó, modelo: sindesmótomo. Descrição complementar: ser resistente aos meios de desinfecção e autoclavação.	UND	50
215 - 0046574 - SOLUÇÃO DE MILTON Solução de hipoclorito de sódio a 1%, indicada para irrigação e desinfecção de canais radiculares durante procedimentos endodônticos, com ação antimicrobiana e capacidade de dissolução de matéria orgânica. Apresentação em frasco, com identificação de lote, data de fabricação, validade e registro/notificação na ANVISA.	UND	50
216 - 0046575 - SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA Apresentação: contendo 10ml. Auxilia na hemostasia e retração gengival. Presença de cloreto de alumínio. Não contém epinefrina. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100
217 - 0046576 - SOLUÇÃO LIMPADOR ENZIMÁTICO BACTERIOSTÁTICO Aspecto Físico: Líquido; Desincrostante concentrado para instrumental médico cirúrgico e odontológico. Detergente biodegradável de ação rápida com 4 enzimas. Apresentação: frasco com 1 litro; Validade mínima de 2 anos.	UND	200
218 - 0046577 - SONDA EXPLORADORA, N 5 Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: periodontal, características adicionais: milimetrada, modelo: Williams, tipo cabo: 2 pontas ativas rombas Descrição complementar: ser resistente aos meios de desinfecção e autoclavação.	UND	50
219 - 0046578 - SORO FISIOLÓGICO ESTERIL 500ML.	Pacotes	100
220 - 0046579 - Sugador endodôntico descartável, confeccionado em material plástico atóxico, com ponta fina e alongada, indicado para aspiração de líquidos durante procedimentos endodônticos. Compatível com sistemas de sucção de equipos odontológicos. Produto de uso único, não estéril, com embalagem contendo identificação de lote, data de fabricação, validade e registro ou notificação na ANVISA.	Pacotes	500
221 - 0046580 - SUGADOR Material: Resina Abs/Polipropileno/Pvc Tipo: Sangue; Apresentação: Embalagem Individual; Tipo Uso: Estéril, Descartável; Apresentação: caixa com 20 unidades separados individualmente.	Pacotes	200
222 - 0046581 - Sugador odontológico descartável, confeccionado em PVC atóxico ou material plástico flexível, com arame interno revestido que permita moldagem e manutenção do formato. Possui ponta arredondada, resistente ao colapso durante a sucção, compatível com sistemas de sucção de equipos odontológicos. Produto de uso único, não estéril, embalagem com identificação de lote, fabricação, validade e registro/notificação na ANVISA.	UND	1.000
223 - 0046582 - TESOURA ÍRIS CURVA Tesoura instrumental, modelo 1: Íris, tipo ponta: ponta curva, característica ponta: fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	UND	50
224 - 0046583 - TESOURA ÍRIS RETA Tesoura instrumental, modelo 1: Íris, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	UND	50
225 - 0046584 - TRICRESOL FORMALINA Antisséptico e desinfetante usado como curativo de demora em casos de necrose pulpar, que alia as propriedades do	UND	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.: _____
Rubrica: _____
Matricula: _____

Formaldeído com o Cresol. Possui potente ação bactericida, frasco com 10ml, validade mínima de 2 anos da data de entrega, com Registro na Anvisa.		
226 - 0046585 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO para profilaxia e periodontia, material do corpo em plástico ABS, com 02 (duas) peças de mão como componentes, sendo uma para jato de bicarbonato e outra para ultrassom; 03 (três) ponteiros removíveis e autoclaváveis; pedal para acionamento; reservatório para bicarbonato de sódio; ponteira do jato de bicarbonato removível; autoclavável; eletropneumático; bivolt.	UND	5

IV- LOCAL DE ENTREGA:

Os medicamentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde de Grossos/RN, situada na Avenida Coronel Solon, nº 640, Centro, Grossos/RN, ou em outro local previamente indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, desde que localizado no âmbito do Município de Grossos/RN, conforme especificado na respectiva Ordem de Fornecimento emitida pela Administração.

V- PRAZO DE ENTREGA:

A empresa receberá através de e-mail, ou pessoalmente esta Ordem de Execução, e terá um prazo máximo de 10 (dez) dias para efetuar a entrega dos produtos e/ou serviços, constantes da ordem de compra e /ou serviço.

VI- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A Contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

VII- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.: _____
Rubrica: _____
Matricula: _____

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

VIII- MEDIDAS ACAUTELADORAS:

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação

IX- CONTROLE DA EXECUÇÃO:

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

O gestor do contrato anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

X- AVALIAÇÃO DOS CUSTOS:

Será realizado a pesquisa de preços, afim de apurar os preços praticados no mercado.

O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base no sistema Banco de preços, em pesquisas de mercado e mediante consultas.

XI- DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

XII- PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo de vigência será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do Contrato ou Ata de Registro de Preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Travessa Souza Machado, 146, Centro, Grossos/RN CEP: 59675000 CNPJ: 08.077.273/0001-46

Fls.:	_____
Rubrica:	_____
Matricula:	_____

XIII- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Este termo de referência encontra-se fundamentado no art. 6º, inciso XXIII da Lei Federal nº 14.133/2021.

Grossos/RN, 02 de setembro de 2026.

LEILIANE SOUZA DE MOURA
Secretária Municipal de Saúde

AUTORIZADO EM ____/____/____

Cinthia Sonale Silva Alves e Souza
Prefeita